

11.10.2024

TROCHU TECHNIKY Z KAŽDÉ NEMOCNICE

NC NÁRODNÍ CENTRUM
MNK PRO MEDICÍNSKÉ NOMENKLATURY
A KLASIFIKACE

Miroslav Zvolský, Zdeněk Řídel, Marie Kunstátová

uzis.cz/klasifikace



Kategorizace zdravotnické techniky

Hledat...



Hledat

Prohlížeč

Metodika vývoje

Struktura klasifikace

FAQ

O projektu

Export

Hierarchické členění položek KZT

Hierarchie kolektivních termínů

- [-] D.1. Zobrazovací přístroje
- [+] D.2. Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí
 - [+] D.2.1. Kardiovaskulární přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologickýc...
 - [+] D.2.1.1. Elektrokardiografy
 - [+] D.2.1.1.H1. Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 1
 - [+] D.2.1.1.H2. Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 2
 - [+] D.2.1.1.H3. Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 3
 - [+] D.2.1.2. Elektrokardiografické záznamníky
 - [+] D.2.1.3. Ambulantní monitor tlaku krve
 - [+] D.2.1.4. Ergometry
 - [+] D.2.1.5. Pracovní diagnostické stanice pro zpracování a analýzu dat
 - [+] D.2.1.7. Oxymetry
 - [+] D.2.1.9. Indikátory toku krve

D.2.1.1.H1. - Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 1

Synonymum	EKG vč. systémů odvozených
Technické parametry / příznaky	Účel použití, Počet svodů EKG
Zařazovací kritéria	Účel použití : ambulantní - pro základní analýzu EKG, ambulantní - pro základní analýzu EKG, Počet svodů EKG : analýza z 5ti nebo 7mi svodového EKG signálu, analýza z 5ti nebo 7mi svodového EKG signálu
Odpisová skupina (dle Zákon a č. 586/1992 Sb.)	2
Ekonomická životnost minimální doba odpočinku (sek.)	5

Kategorizace zdravotnické techniky

Hledat...



Hledat

Prohlížeč

Metodika vývoje

Struktura klasifikace

FAQ

O projektu

Export

Hierarchické členění položek KZT

Hierarchie kolektivních termínů

- [-] D.1. Zobrazovací přístroje
- [-] D.2. Přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologických funkcí
 - [-] D.2.1. Kardiovaskulární přístroje pro neinvazivní vyšetření fyziologickýc...
 - [-] D.2.1.1. Elektrokardiografy
 - [+] D.2.1.1.H1. Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 1
 - [+] D.2.1.1.H2. Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 2
 - [+] D.2.1.1.H3. Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 3
 - [+] D.2.1.2. Elektrokardiografické záznamníky
 - [+] D.2.1.3. Ambulantní monitor tlaku krve
 - [+] D.2.1.4. Ergometry
 - [+] D.2.1.5. Pracovní diagnostické stanice pro zpracování a analýzu dat
 - [+] D.2.1.7. Oxymetry
 - [+] D.2.1.9. Indikátory toku krve
 - [+] D.2.1.10. Plazimografy

D.2.1.1.H1. - Elektrokardiografy vč. systémů odvozených - 1

Technická životnost 10 let, Kvalifikovaným expertním odhadem (roky), způsob stanovení

Přiřazená CZ-CPA skupina 26.60.1 Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje

Kolektivní termíny [Kardiovaskulární prostředky](#), [Prostředky pro srdeční elektrofyzilogii/mapování](#), [Elektrokardiografy](#), [Neinvazivní prostředky](#).

Odkazy na externí zdroje

EMDN

Z12050301 GENERAL PURPOSE <https://webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn/Z12050301>
ELECTROCARDIOGRAPHS

Zaslat připomínku

Sběr dat o počtech a druhu zdravotnické techniky napříč ČR

- **Současnost x budoucnost**
- **Využívá vytvořenou Kategorizaci zdravotnické techniky (KZT)**

Roční výkaz o přístrojovém vybavení T (MZ) 1-01

- Vyplňuje každý poskytovatel ZS
- 80 vybraných kategorií přístrojů
- Souhrnný počet přístrojů a provedených výkonů za kategorii
- Notoricky nespolehlivý zdroj dat



Hlášení do NRPZS podle KZT

- Každý přístroj v evidenci poskytovatele má přidělenou kategorii podle KZT (stovky kategorií)
- Následně proběhne export celého seznamu přístrojů do NRPZS

NÁHLED DO WEBOVÉHO ROZHRANÍ REGISTRU – SEZNAM PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY

Přidat záznamSmazat všeImport ze souboruExport do souboru									
Kód kategorie	Název kategorie	ID přístroje/Požizovací ...	Název přístroje	Požizovací cena bez DPH	Datum / rok pořízení	Datum uved...	Datum vyřaz...		
D.4.1.3.H2.	Monitory vitálních funkcí komplexní modulární (multiparametr.) - 2	3457987	Monitor životních funkcí GE B450	250 000,00	17.01.2021	17.01.2021			
T.4.1.1.2.	Infuzní pumpy	3457984	Infuzní pumpa ARGUS 707	40 000,00	17.01.2017	17.01.2017			
D.4.1.4.H1.	Monitory fetální (kardiotokograf) - 1	123456789	Kardiotokograf Phillips	150 000,00	21.01.2014	21.01.2014			
D.5.6.13.1.H2.	Chladničky - 2	468798	Chladicí box	80 000,00	17.01.2023	17.01.2023			
D.5.6.1.1.1.H1.	Centrifugy stolní nechlazené - 1	987987	Centrifuga	35 000,00	17.01.2023	17.01.2023			

Registr umožňuje hromadné nahrání seznamu přístrojů dávkovým souborem.

```
1 "#Zdravotnické zařízení IČO:"; [redacted] ;;;;;;;;;
2 "#Zdravotnické zařízení PČZ:";"000";;;;;;;;;
3 "#Zdravotnické zařízení PČDP:";"000";;;;;;;;;
4 "KategorieKod";"NazevKategorie";"IdPristroje";"Nazev";"DoplňkovýPopis";"Poznámka";"PorizovaciCena";"DatumRokPorizeni";"PlatnostOd";"PlatnostDo"
5 "1204";"D.1.1.7.3. Rentgenový přístroj zubní 3D";"123456";"RTG";"";"Manuálně pořízený záznam";"1250000,00";"2020";"01.04.2020";""
6 "1318";"D.5.3.1.2. Analyzátory biochemické";"1234567";"Analyzátor";"";"Manuálně pořízený záznam";"80000,00";"2018";"01.05.2018";""
```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	#Zdravotnické zařízení IČO:	[redacted]								
2	#Zdravotnické zařízení PČZ:	000								
3	#Zdravotnické zařízení PČDP:	000								
4	KategorieKod	NazevKategorie	IdPristroje	Nazev	DoplňkovýPopis	Poznámka	PorizovaciCena	DatumRokPorizeni	PlatnostOd	PlatnostDo
5	1204	D.1.1.7.3. Rentgenový	123456	RTG		Manuálně	1250000	2020	01.04.2020	
6	1318	D.5.3.1.2. Analyzátory	1234567	Analyzátor		Manuálně	80000	2018	01.05.2018	