

Metodický pokyn pro vykazování robotických operačních výkonů

MUDr. Miroslav Zvolský, Mgr. Kateřina
Holasová, Hana Šulcová ve spolupráci s
MZd CAU

Kla si fi Kon

Konference
o klinických
klasifikačních
a terminologických
systémech
a jejich
použití
v českém
zdravotnictví

Současný stav a problémy

- **32** robotických výkonů v SZV + 2 doplňkové (porty, materiál)
- **16** DRG markerů bez možnosti vykázání ZUM
- **4** DRG markery nejsou kritické pro CZ-DRG
- V období 2022-2024 bylo identifikováno **56 819** případů
 - **519** zařazeno do konzervativní baze
 - **68** neklasifikovatelných
 - **115** nesouvisející HDG s výkonem

Cíl metodiky


- Velký tlak na rozšiřování indikací zavádění nových metod – potřeba zpřehlednění
- **Sjednotit** vykazování mezi poskytovateli a plátcí → konec různých zvyklostí
- **Usnadnit** kontrolu a revize → jasně daná pravidla, méně sporů
- **Zajistit** srovnatelná data pro CZ-DRG → spolehlivý základ pro úhrady a analýzy

Nový signální výkon 09539

PROVEDENÍ VÝKONU ZA POUŽITÍ CHIRURGICKÉHO ROBOTICKÉHO SYSTÉMU

- **Signální výkon** → nulová bodová hodnota, slouží jen k zaznamenání robotiky
- Vykazuje se **vždy spolu s hlavním výkonem**
 - i tehdy, když má hlavní výkon v názvu „robotický“
- Nahrazuje staré zvyklosti (76701 a 76703)
- **Umožňuje vykázání robotického ZUM**

Postup výběru kódu



příklad:

PŮVODNÍ PLÁN:

- 63634 Roboticky asistovaná laparoskopická radikální hysterektomie

KONVERZE:

- 76701 Zavedení portů pro robotickou operaci
- 63575 Hysterektomie radikální (WERTHEIM, MACKENRODT, MEIGS)

ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE:

- 09539 Provedeno roboticky
- 76705 Roboticky asistovaná radikální prostatektomie

ROBOTICKY ASISTOVANÁ CHOLECYSTEKTOMIE:

- 09539 Provedeno roboticky
- 51711 Výkon laparoskopický a torakoskopický
- 90818 cholecystektomie prostá laparoskopicky

ROBOTICKY ASISTOVANÁ OPERACE VNITŘNÍ KÝLY:

- 09539 Provedeno roboticky
- 51518 Operace vnitřní kýly

Rok 2025

Pacientka přijata k plánované operaci pro hyperplazii endometria, provedena **robotická hysterektomie**

- DRG 91987 (DRG) ROBOTICKY ASISTOVANÁ LAPAROSKOPICKÁ HYSTEREKTOMIE PRO JINÉ NEŽ MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ
- 76701 ZAVEDENÍ PORTŮ PRO ROBOTICKOU OPERACI
- 76703 MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT
- ZUM – **NELZE! Neexistuje výkon umožňující vykázání ZUM.**

Rok 2026

Pacientka přijata k plánované operaci pro hyperplazii endometria, provedena **robotická hysterektomie**

- DRG 91987 (DRG) ROBOTICKY ASISTOVANÁ LAPAROSKOPICKÁ HYSTEREKTOMIE PRO JINÉ NEŽ MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ
- 09539 PROVEDENÍ VÝKONU ZA POUŽITÍ CHIRURGICKÉHO ROBOTICKÉHO SYSTÉMU
- ZUM – vykázání umožňuje výkon 09539

- Metodika vyjde ve věstníku MZd
- Připomínkována zástupci zdravotních pojišťoven
- Účinnost od 1. ledna 2026

Děkuji za pozornost!

